

# 海南科技职业大学文件

海科教字〔2022〕40号

---

## 关于印发《海南科技职业大学实验室麻醉药品和精神药品管理办法》的通知

各院（部）、处（室）：

现将《海南科技职业大学实验室麻醉药品和精神药品管理办法》印发给你们，请认真贯彻落实。



# 海南科技职业大学

海南科技职业大学办公室



# 海南科技职业大学

## 实验室麻醉药品和精神药品管理办法

为进一步加强学校麻醉药品和精神药品的管理，保障师生正常教学、科研，根据《麻醉药品和精神药品管理条例》（国务院令 第 442 号，2016 修订版）《海南科技职业大学大学危险化学品管理办法》及上级有关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

**第一条** 本办法适用于学校从事实验教学和科研工作的单位及其相关人员。

**第二条** 麻醉药品，是指对中枢神经有麻醉作用，连续使用后易产生身体依赖性、能形成瘾癖的药品。精神药品，是指正常服用有利生命和健康，直接作用于中枢神经系统，能使之极度兴奋或抑制的药品，限于第一类和第二类。本办法所称麻醉药品和精神药品，是指国家列入麻醉药品和精神药品目录的药品和其他物质。

**第三条** 麻醉药品和精神药品采购必须严格执行逐级审批制度。使用麻醉药品和精神药品的学院要根据教学、科研实际需要提出采购申请，报保卫处与教务处备案，相关学院要严格遵守有关规定，经主管部门审批后组织采购。

**第四条** 各学院负责本单位实验室麻醉药品和精神药品的申报、采购、保管、使用登记和日常管理工作。购进的麻醉药品

和精神药品仅限于教学和科研使用。

**第五条** 采购麻醉药品和精神药品，要按计划、按需购买，禁止使用现金进行交易，运输需专人、专车押运，防止丢失、破损、被盗等不安全事故发生。

**第六条** 麻醉药品和精神药品必须货到即验，双人验收并签字。实行专人（双人）负责、专库（柜）双锁保存，建立专用账册，记录内容包括：日期、品名、规格、单位、数量、生产批号、用途、领用人和保管人签字，做到账物相符。

**第七条** 使用麻醉药品和精神药品的学院应健全严格的使用规章制度，定期对涉及麻醉药品和精神药品的使用人员进行有关法律法规、专业知识、职业道德等方面的教育和培训。

**第八条** 各级领导在审批时要严格把关，对开展的教学、科研内容严格审核，确定无误后方可批准。

**第九条** 在使用或保存的过程中如有破损、破碎，需有在场证明人签字，并将使用后的空安瓿瓶如数收回，实验结束后，实验室剩余的麻醉药品和精神药品需按规定保管。

**第十条** 麻醉药品和精神药品储存各环节应专人负责、责任明确。做到按需领取，及时用完。如发生丢失或被盗时应及时如实上报。

**第十一条** 各实验室须严格执行麻醉药品和精神药品保管、领取、使用、退回和销毁管理流程，收回的麻醉药品和精神药品空安瓿瓶、废标签等应有专人计数、监督销毁，并做好记录。

第十二条 教务处、保卫处负责定期对麻醉药品和精神药品使用单位进行监督、检查。

第十三条 对管理不善造成丢失或被盜、骗取或冒领的责任人，按有关规定处理。

第十四条 本办法自发布之日起实施，由教务处负责解释。

附件

## 2022 年海南省高等学校实验室安全 现场检查报告

学校名称: 海南科技职业大学  
检查时间: 2022 年 6 月 22 日  
检查组组长: 刘艳凤  
检查组组员: 吴岚芳、王丹妹、吴红萍  
检查组观察员: 周雪晴

### 不符合项问题清单:

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	1.2	国际护理学院安全责任体系文件无文号	学院
2	1.5.1	无信息化管理实验室安全	学校
3	2.1.2	校级应急预案没有文号,无校级麻醉药品管理制度,麻醉药品无“五双”管理要求,无生(动)物废弃物处置相关文件。	学校
4	5.1.2	实验室的门无可视窗,门为内开门;门堵塞,无法打开;柜子挡住墙上的实验室安全相关制度;烘箱靠门太近,烘箱不放空调旁。	16-101 室、16-402 室、16-502 室、16-602 室
5	6.2	楼层无喷淋洗眼装置,或没有贴喷淋洗眼装置指引线,没有检查记录。	16-12 楼、16-5 楼
6	6.5.1	化学品暂存库无防爆灯、无防爆空调。	16-400 室、16-502 室
7	8.2.2	没有粘贴 MSDS 或安全周知卡,没有 VOC 监测。	16-400 室、16-502 室
8	8.2.4	化学试剂标签脱落。	16-501 室、16-400 室
9	8.4.3	易制爆试剂未“双人双锁”,台帐不规范,有的没有台帐(无使用记录),没有使用防爆柜。	16-400 室、16-402 室
10	8.4.4	易制毒化学品没有“五双”管理,台帐不规范,入库无双人签字。	16-400 室、16-502 室、16-1201 室
11	8.5.2	CO <sub>2</sub> 钢瓶数量过大,气体钢瓶未固定,无状态标识。	钢棚架

图 1: 省厅对我校实验室安全现场检查的问题反馈报告。

### 三、2.1.2 的问题整改

#### 问题 1:

(1) 存在问题描述：麻醉药品无“五双”管理要求，无生（动）物废弃物处置相关文件。

(2) 原因分析：文件管理不够规范、严谨。

(3) 整改措施与结果：针对检查发现的问题，参照国家相关规定，制订了《海南科技职业大学实验室麻醉药品和精神药品管理办法》《海南科技职业大学实验生（动）物废弃物处置管理办法》，要求相关实验室严格执行，规范管理。

(4) 证明材料（文字）：我校已印发的《海南科技职业大学实验室麻醉药品和精神药品管理办法》《海南科技职业大学实验生（动）物废弃物处置管理办法》。

图 2：我校对标问题进行整改，制定并印发《海南科技职业大学实验室麻醉药品和精神药品管理办法》。

